

**Samodzielny Publiczny Zespół
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka**

Wieliczka, dn.07.08.2019r.

Oznaczenie sprawy: 07/SPZLO/dmm/ 2019r

**Dotyczy :Odpowiedzi na pytania do
Propozycji cenowej na zadanie „Dostawa materiałów medycznych”. Nr
07/SPZLO/dmm/2019**

Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 2 (Pakiet nr.2) poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki dwuczęściowej z końcówka Luer, posiadająca tłok w mlecznym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalą pomiarową, strzykawka posiadająca podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki (nazwa własna) nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów i latexu. Opakowanie – blister papier- folia.

Posiadające Skale:

2ml – skala do 3ml

5ml – skala do 6ml

10ml – skala do 12ml

20ml – skala do 24ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Część 1, poz. 2-4,13-16,30-31,

Czy zamawiający wydzielili poz. 2-4,13-16,30-31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: NIE

Część 1, poz. 5-7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: TAK

Część 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm ?
Odpowiedź: TAK

Część 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: TAK

Część 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: TAK

Część 1, poz. 11

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: TAK

Część 1, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź: NIE

Część 1, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: NIE

Część 1, poz. 13-14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: NIE

Część 1, poz. 5-7,10-12

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7,10-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: NIE

Część 1,poz. 30-31

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź: NIE

Część 1, poz. 30-31

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3- dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6- głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: NIE

Część 1, poz. 30-31

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?


Odpowiedź: TAK

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje z pakietów ?

Odpowiedź: NIE

*Jeśli nie, czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z **Pakietu 1 poz. 35** i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniyny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?*

Odpowiedź: NIE

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH

mgr Lucjan Miarosek