

Samodzielny Publiczny Zespół
Lecznictwa Otwartego W Wieliczce
Ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2017

Wieliczka dnia: 2017-06-07

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Komunikat nr 2
O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-07 wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: „Dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora ” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017r, pod nr: 524409-N-2017

1. Część 1 – Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych do analizatora hematologicznego MEK 6318 K wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLAB:
 - a) Czy zgodnie z art 90.1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga odczynników i materiałów wymienionych w instrukcji obsługi aparatu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga odczynników dostosowanych do analizatora i na spełnienie warunku wymaga oświadczenia autoryzowanego producenta odczynników o braku niekorzystnego wpływu oferowanych odczynników na aparat.

- b) Czy Zamawiający wymaga przeglądu technicznego wykonanego przez serwis autoryzowany z pełną gwarancją tak jak w części 2? Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kryteriach usług serwisowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający formułuje opis zamówienia i wymaga spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków w zależności od rodzaju, przeznaczenia i czasu eksploatacji aparatu. Równocześnie Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązany do wydatkowania środków finansowych w sposób efektywny, oszczędny i racjonalny osiągając optymalne efekty użytkowe z ponoszonych nakładów. Działając w oparciu o powyższe kryteria określił wymagania odpowiednio dla aparatów dla części 1 i części 2.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
mgr Dariusz Marosek