

Samodzielny Publiczny Zespół
Lecznictwa Otwartego W Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy: ZP/02/SPZLO/TP/2023

Wieliczka dnia: 2023-07-01

Komunikat nr 2
ODPOWIEDZI na zapytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2022-06-30 wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) w **trybie podstawowym**, na: „Dostawa pierwszego wyposażenia gabinetów i innych pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2023r, pod nr: 2032/BZP/00280707

Na podstawie: art. 284, ust. 1, ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Zapytania do SIWZ, nr postępowania ZP/02/SPZLO/TP/2023 ;Część V – poz.2

(*)Zamawiający wymaga lodówki z trzema półkami (podstawowy warunek) i zabezpieczenie trzech półek determinuje odpowiedzi na pozostałe pytania. W związku z powyższym odpowiedzi pozytywne na pytania nr 1, 3, 4, 5 nie mają znaczenia przy braku spełnienia podstawowego warunku.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wymiary (w x S x G) 85 x 50.1 x 62 ?

Odpowiedź: TAK, z uwzględnieniem warunku (*)

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści 2 półki szklane, oraz 1 kosz?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pojemność 106 chłodziarka+ 15 zamrażarka?

Odpowiedź: TAK, z uwzględnieniem warunku (*)

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści poziom hałasu 40dB?

Odpowiedź: TAK, z uwzględnieniem warunku (*)


Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści roczne zużycie prądu 176 kWh ?

Odpowiedź: TAK, z uwzględnieniem warunku (*)

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Działając na podstawie art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl; oraz <https://e-propublico.pl>

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak