

Samodzielny Publiczny Zespół
Lecznictwa Otwartego W Wieliczce
ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy: ZP/02/SPZLO/TP/2023

Wieliczka dnia: 2023-07-04

Komunikat nr 5
ODPOWIEDZI na zapytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2023-07-03 wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) w trybie podstawowym, na: „Dostawa pierwszego wyposażenia gabinetów i innych pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2023r, pod nr: 2032/BZP/00280707

Na podstawie: art. 284, ust. 1, ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Zapytania do SIWZ, nr postępowania ZP/02/SPZLO/TP/2023

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 1. Kozetka lekarska – 15szt.

Czy Zamawiający dopuści do zarefowania wysokiej jakości kozetkę lekarską o wymiarach:

- długość: 1880mm,
- szerokość: 560mm,
- wysokość (do wyboru): 520 lub 820mm,

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o podanych rozmiarach.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 2. Szafa lekowa – 5szt.

Czy Zamawiający dopuści do zarefowania wysokiej jakości szafę lekarską o wymiarach:

- wysokość: 1800mm,
- szerokość: 900mm,
- głębokość: 420mm,

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuści zaofertowanej szafy lekarskiej o podanych wymiarach

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 4. Stojak do kroplówek – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zarefowania wysokiej jakości stojak do kroplówek wykonany z rurek aluminiowych w kolorze chrom?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 14. Bezsrubowy regał – 3szt.

Prosimy Zamawiającego o określenie jakich wymiarów regału oczekuje? Opisany model dostępny jest w rozmiarach:

- opcja 1 – wysokość: 1800mm x szerokość: 900mm x głębokość: 450mm,
- opcja 2 – wysokość: 1800mm x szerokość: 1200mm x głębokość: 450mm,
- opcja 3 – wysokość: 1800mm x szerokość: 1500mm x głębokość: 450mm,
- opcja 4 – wysokość: 1800mm x szerokość: 1500mm x głębokość: 600mm,
- opcja 5 – wysokość: 1800mm x szerokość: 1500mm x głębokość: 600mm,
- opcja 6 – wysokość: 1800mm x szerokość: 1500mm x głębokość: 600mm,

Odpowiedź: Zamawiający określa wymiary regałów z opcji nr.2

– wysokość: 1800mm szerokość: 1200mm x głębokość: 450mm

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 10. Waga stojąca do 150kg – 2szt.

Pragniemy poinformować Zamawiającego o znaczącym błędzie w opisie technicznym wagi stojącej do 150kg.

Mianowicie – Zamawiający oczekuje wagi wyposażonej we wzrostomierz, a w opisie technicznym podaje wymagane wymiary wagi bez uwzględnienia zintegrowanego wzrostomierza – uniemożliwiając tym samym zrealizowanie zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wagi kolumnowej z funkcją BMI i wyposażoną we wzrostomierz aby dokonywać jednocześnie pomiaru wagi i wzrostu.

.Parametry wzrostomierza : Zakres pomiaru 60-210, Podziałka 1mm

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 10. Waga stojąca do 150kg – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zarefowania wysokiej jakości wagę kolumnową legalizowaną do pomiaru wagi ciała pacjentów, o trwałej metalowej, zamkniętej konstrukcji (brak zewnętrznych przewodów), wysoka jakość wykonania, możliwość pracy w środowisku podwyższonego promieniowania elektromagnetycznego o parametrach:

- trwała metalowa konstrukcja wagi z monolityczną podstawą ułatwiającą przenoszenie wagi,
- brak okablowania zewnętrznego między platformą wagową a panelem - miernikiem wagowym,
- dokładność 100g w całym zakresie pomiaru,
- obciążenie maksymalne: 300kg,
- klasa dokładności: III (3)
- wymiary platformy ważącej: 360x 310 [mm]
- estetyczny i trwały wzrostomierz mierzący od 60 do 210cm (w zestawie),
- posiada możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przy wzroście powyżej 60cm.
- waga oblicza również BSA czyli powierzchnię ciała pacjenta - (Body Surface Area).
- funkcje: TARA, HOLD
- w zestawie zasilacz sieciowy,

- waga może również pracować na bateriach > 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii.
- waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np. telefony komórkowe,

?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 10. Waga stojąca do 150kg – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zarefowania wysokiej jakości wagę kolumnową legalizowaną do pomiaru wagi ciała pacjentów, o trwałej metalowej, zamkniętej konstrukcji (brak zewnętrznych przewodów), wysoka jakość wykonania, możliwość pracy w środowisku podwyższonego promieniowania elektromagnetycznego o parametrach:

- trwała metalowa konstrukcja wagi z monolityczną podstawą ułatwiającą przenoszenie wagi,
- brak okablowania zewnętrznego między platformą wagową a panelem - miernikiem wagowym,
- dokładność 100g w całym zakresie pomiaru,
- obciążenie maksymalne: 300kg,
- klasa dokładności: III (3)
- wymiary platformy ważącej: 360x 310 [mm]
- estetyczny i trwały wzrostomierz mierzący od 60 do 210cm (w zestawie),
- posiada możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przy wzroście powyżej 60cm.
- waga oblicza również BSA czyli powierzchnię ciała pacjenta - (Body Surface Area).
- funkcje: TARA, HOLD
- w zestawie zasilacz sieciowy,
- waga może również pracować na bateriach > 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii.
- waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np. telefony komórkowe,
- gumowe rolki transportowe do przemieszczania wagi,

?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu 3. Pozycja 11. Waga niemowlęca do 20kg – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zarefowania wysokiej jakości wagę niemowlęcą do 20kg ze zdejmowalną szalką

i wyświetlaczem LCD o parametrach:

- klasa dokładności: III (3)
- nośność: 20kg
- wymiary: 560x 325x 145mm,
- funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie
- dokładność odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowaną wagę.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Działając na podstawie art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl; oraz <https://e-propublico.pl>

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
lek. med. Grażyna Kozak

Dyrektor SPZLO w Wieliczce
Grażyna Kozak
lek. med. Grażyna Kozak