

Wieliczka dnia: 2025-09-22

**SAMODZIELNY PUBLICZMY ZESPÓŁ
LECZNICTWA OTWARTEGO w WIELICZCE**

UL. Bolesława Szpunara 20
32-020 Wieliczka

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatorów.
Numer referencyjny: ZP/2/SPZLO/TP/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **SAMODZIELNY PUBLICZMY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO w WIELICZCE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy:

część 1 - załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Analizatora, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych (mikro) - objętość martwa próbki nie większa niż 60 ul? Zgodnie z deklaracją producenta objętość martwa jest zależna od różnych warunków, które mogą się różnić w przypadku każdego urządzenia w każdym laboratorium i wynosi $50 \mu\text{l} \pm 10$.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych (mikro) - objętość martwa próbki nie większa niż 60 ul.

Zamawiający



Katarzyna Rys